

高端人才科研启动费项目采购信息公开（科研仪器设备类）

一、采购单位：医学部

二、项目名称：高端人才科研启动费

三、公开信息：

1. 设备名称：灭菌锅

2. 数量：1

3. 关键技术指标：盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为 135℃，可以作为蛋白改质之用；设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。温度控制、显示精度：0.1℃；使用温度范围：45-135℃ 45-80℃（预热温度） 45-60℃（保温工程） 65-100℃（溶解工程） 105-135℃（灭菌工程）；灭菌器内腔采用 3mm 厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理。设计使用寿命 20 年

3. 成交供应商：深圳博兴生物科技有限公司

4. 预算金额：6 万

5. 成交价格：6 万

20221177

2022-11-28

