

高真空气氛烧结炉采购项目采购信息公开（科研仪器设备类）

一、采购单位：化学与环境工程学院 441 实验室

二、项目名称：高真空气氛烧结炉采购

三、公开信息：

1. 设备名称：高真空气氛烧结炉

2. 数量：1 台

3. 关键技术指标：输入电源/频率：220/50HZ；

加热区域 mm：（炉膛区域 40x350mm）

最大压力：0.02mpa；炉管材质：刚玉管

加热元器件：硅钼棒 温速率：10℃/min；

工作温度：≤2000℃；测温范围：≤2000℃ 控温精度：±0.5℃

热电偶：B 型热电偶；开门方式：封闭式•30 段

智能控温调节仪：PID 控制，控温精度±1℃

电泵功率 Motor3/4 整机功率：5KW 净重：180kg 尺寸：860*700*828mm

3. 成交供应商：深圳市君瑞汇科科技有限公司

4. 预算金额：175800 元

5. 成交价格：175800 元



2022 年 11 月 29 日