

项目采购信息公开（科研仪器设备类）

一、采购单位：深圳大学医学部生物医学工程学院

二、项目名称： 红外热像仪采购

三、公开信息：

1. 设备名称：红外热像仪

2. 数量：1

3. 关键技术指标：

- (1) . 红外分辨率 640 x 480 (307,200 像素),
- (2) . 且支持镜头自动对焦和手动对焦, 支持全红外和可见光,
- (3) . 多点对焦, 整个视场范围远、近均对焦准确,
- (4) . 三种存储方式 (U 盘, SD 卡, 内部存储)
- (5) . 温度量程为-20℃ 至 +1,000 ℃, 精度为± 2℃,
- (6) . 热灵敏度: $\leq 0.05^{\circ}\text{C}$ (50 mK), 目标温度 30° C

3. 成交供应商：武汉市海丽康生物科技有限公司

4. 预算金额：100000

5. 成交价格：99800

20221031

范林 2022-10-27

