

双层恒温恒湿试验箱项目采购信息公开（科研仪器设备类）

一、采购单位：土木与交通工程学院

二、项目名称： 双层恒温恒湿试验箱

三、公开信息：

1. 设备名称：双层恒温恒湿试验箱

2. 数量：1

3. 关键技术指标：

内容积（L）：100L*2

工作室尺寸(WxDxH) (mm) 宽深高：500x400x500*2

视窗(WxH) 宽高(mm)：214x300*2

最低低温：-60℃

电源功率（KW）：9

电压 AC(V)：380

重量（kg）：900

风速 $\leq 1.7\text{m/s}$

负载 $\leq 300\text{W}$

温度性能指标：

温度范围 A $-55^{\circ}\text{C}\sim+150^{\circ}\text{C}$

温度均匀度 $\leq \pm 1.0^{\circ}\text{C}$

温度偏差 $\leq \pm 1.0^{\circ}\text{C}$

温度波动 $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$

升温速率 线性 $10^{\circ}\text{C}/\text{分钟}$ ($-55^{\circ}\text{C}\sim+150^{\circ}\text{C}$)

降温速率 线性 $10^{\circ}\text{C}/\text{分钟}$ ($+150^{\circ}\text{C}\sim-55^{\circ}\text{C}$)

温湿度性能指标:

温度范围 $+10^{\circ}\text{C}\sim+90^{\circ}\text{C}$

4. 成交供应商: 深圳市诺一仪器设备有限公司

5. 预算金额: 169500 元

6. 成交价格: 169500 元

